

КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра МАРК-603

<p>Параметры пробы _____</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Особые примечания о составе:</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
--	--

Комплектация _____		Наименование	Тех. документация	Заказ
Датчик проводимости	<i>диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность $\pm(0,003+0,015*\%e)$</i>	ДП-015	ВР41.02.000	<input type="checkbox"/>
	<i>диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность $\pm(0,05+0,015*\%e)$</i>	ДП-15	ВР41.03.000	<input type="checkbox"/>
Несущая панель		НП603	ВР41.08.100	<input type="checkbox"/>
Ионно-обменная колонка		ИОК603	ВР41.08.200	<input type="checkbox"/>
Источник питания от сети 220В		ИЭС4-050150		<input type="checkbox"/>
Аккумуляторы типа АА <i>(если требуются, укажите кол-во, кратное 2шт)</i>				

Количество приборов в данной комплектации: _____